


สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ที่	หัวข้อข่าว	ผลิตภัณฑ์	สาระสำคัญของข่าว	ข้อมูลทะเบียนในไทย			ข้อมูลสำคัญ ในประเทศไทย	แหล่งข่าว
				มี	ไม่มี	ระหว่าง ตรวจสอบ		
1	ICU Medical Recalls Replacement Batteries for Plum 360, Plum A+, and Plum A+3 Infusion Systems Due to Diminished Battery Life that May Impact Infusion Delivery	เครื่องมือแพทย์	<p>US FDA ประกาศว่า บริษัท ICU Medical ได้เรียกคืนเครื่องมือแพทย์ Replacement Batteries for Plum 360, Plum A+, and Plum A+3 Infusion Systems ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องปั๊มเลือด ยา และสารต่างๆเข้าสู่ร่างกาย สาเหตุที่เรียกคืน เนื่องจากเกิดความผิดปกติจากกระบวนการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง อาจทำให้ระบบปั๊มไม่ทำงานหรือปิดการทำงานเร็วกว่ากำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับคนไข้ได้</p> <p>สำหรับรุ่นการผลิตที่เรียกคืน ได้แก่ Plum 360: SUB0000864 Plum A+ and Plum A+3: SUB0000594</p>		✓		<p>จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยตามที่เป็นการข่าว</p>	 <p>https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/icu-medical-recalls-replacement-batteries-plum-360-plum-and-plum-a3-infusion-systems-due-diminished</p>