



สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	หัวข้อข่าว	ผลิตภัณฑ์	สาระสำคัญของข่าว	ข้อมูลทะเบียนในไทย			ข้อมูลสำคัญ ในประเทศไทย	แหล่งข่าว
				มี	ไม่มี	ระหว่าง ตรวจสอบ		
1	Emblem MRI S-ICD PG :Health product recall	เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ Emblem MRI S- ICD PG ของ บริษัท BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION ซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝัง เนื่องจากพบการระบเวลาที่เหลือของความจุแบตเตอรี่ ไม่ถูกต้อง		✓		จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ของดังกล่าวในประเทศไทย	 https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/emblem-mri-s-icd-pg
2	DBL Vancomycin (vancomycin hydrochloride) 500 mg vial Medicine Recall	ยา	หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลการ เรียกคืนยา vancomycin hydrochloride ของบริษัท Pfizer Australia Pty Ltd เนื่องจากพบค่า stability ไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน		✓		จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย	 https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2022-RN-01367-1