


สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	หัวข้อข่าว	ผลิตภัณฑ์	สาระสำคัญของข่าว	ข้อมูลทะเบียนในไทย			ข้อมูลสำคัญ ในประเทศไทย	แหล่งข่าว
				มี	ไม่มี	ระหว่าง ตรวจสอบ		
1	Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) Product Defect Correction	เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเครื่องมือแพทย์ Omnipod DASH Personal Diabetes Manager (PDM) ซึ่งเป็น เครื่องมือการปั๊มอินซูลิน ของบริษัท INSULET AUSTRALIA PTY LTD เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับการ เชื่อมต่อของแบตเตอรี่โดยมีของเหลวรั่วไหลออกมาและอาจ เกิดความร้อนสูงจนลูกโหมระหว่างใช้งาน ซึ่งอาจทำให้ ผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงได้		✓		จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ของดังกล่าวในประเทศไทย	 https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arm-detail.aspx?k=RC-2022-RN-01321-1