




สรุประเตือนข่าวที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2565

ที่	หัวข้อข่าว	ผลิตภัณฑ์	สาระสำคัญของข่าว	ข้อมูลทะเบียนในไทย			ข้อมูลสำคัญ ในประเทศไทย	แหล่งข่าว
				มี	ไม่มี	ระหว่าง ตรวจสอบ		
1	Comercializadora PepsiCo S. de R.L. de C.V. Issues Voluntary Recall of Gamesa® Arcoiris Marshmallow Cookies Due to Possible Health Risk	อาหาร	<p>หน่วยงาน US.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนคุกกี Gamesa® Arcoiris Marshmallow Cookies ของบริษัท Comercializadora PepsiCo S. de R.L. de C.V. โดยสมัครใจ เนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella จากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการผลิตของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ได้</p> <p>รูปถ่ายสินค้า</p> 		✓		จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย	 <p>https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/comercializadora-pepsico-s-de-rl-de-cv-issues-voluntary-recall-gamesa-arcoiris-marshmallow-cookies</p>
2	Teleflex Recalls Iso-Gard Filter S for Risk of Splitting or Detaching That May Cause Leakage and Insufficient Air Supply to Patients Possible Health Risk	เครื่องมือแพทย์	<p>หน่วยงาน US.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ Iso-Gard Filter S ของบริษัท Teleflex ซึ่งเป็นตัวกรองที่ใช้ในเครื่องให้ออกซิเจน เนื่องจากพบการแยกหรือหลุดออกของตัวกรองจากเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการได้รับออกซิเจนของผู้ป่วย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้</p> <p>ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน Product Name: Iso-Gard Filter S Distribution Dates: Sep 1, 2020 to Jul 5, 2022 Devices Recalled in the U.S.: 60,500 Date Initiated by Firm: Aug 26, 2022</p>		✓		จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของดังกล่าวในประเทศไทย	 <p>https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/teleflex-recalls-iso-gard-filter-s-risk-splitting-or-detaching-may-cause-leakage-and-insufficient</p>