



จดหมายข่าว

HPVC Safety News

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
โทร. 02-5907261, 02-5907288 โทรสาร 02-5918457 www.fda.moph.go.th/vigilance e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559

**บริษัท บางกอกยูนิเทรต จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Adapter for Colibri, for Electric Pen Drive และ Adapter, small, for Colibri (II) and Small Battery Drive (II)**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ Adapter for Colibri, for Electric Pen Drive และ Adapter, small, for Colibri (II) and Small Battery Drive (II) ที่ใช้สำหรับต่อกับด้ามจับสว่านไฟฟ้า นำเข้าโดย บริษัท บางกอกยูนิเทรต จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์คือ Synthes GmbH ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากพบปัญหาที่ตัวอุปกรณ์อาจเกิดการแตกออกได้ขณะใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้

Product name	Part Number	Serial number
Adapter for Colibri, for Electric Pen Drive	05.001.024	1352144, 1468093, PA043998, 1467714, 1394645, 1544631, PA043998
Adapter, small, for Colibri (II) and Small Battery Drive (II)	05.001.108	1192, 1208, 1718, 1920, 2103

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัท บางกอกยูนิเทรต จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ [www.fda.moph.go.th/vigilance](http://www.fda.moph.go.th/vigilance) หรือ อีเมล [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)