



จดหมายข่าว

HPVC Safety News

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Ins. 02-5907261, 02-5907288 โทรสาร 02-5918457 www.fda.moph.go.th/vigilance e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ MDN Nails (Trauma)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ MDN Nails (Trauma) ซึ่งมีข้อบกพร่องใช้สำหรับตามกระดูกที่แตกหักแบบฝังในร่างกาย นำเข้าโดย บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์คือ ซิมเมอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา เนื่องจากภาชนะบรรจุมี โอกาสทำให้ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนจำนวน 617 รายการ ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้รับผลกระทบมี วันหมดอายุก่อนเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2570 รายละเอียดดังนี้

Item Number						
00119309016	00224001342	00225242011	00225336014	00225736001	00225742000	00225746013
00119309516	00224001344	00225242012	00225336015	00225736002	00225742001	00225746014
00119309518	00224001346	00225242013	00225338014	00225736003	00225742002	00225748000
00119309520	00224001348	00225242014	00225338015	00225736004	00225742003	00225748001
00119309522	00224001434	00225242015	00225340013	00225736011	00225742004	00225748002
00119313016	00224001436	00225244011	00225340014	00225736012	00225742010	00225748003
00119313018	00224001438	00225244012	00225340015	00225736013	00225742011	00225748010
00119313020	00224001440	00225244013	00225342013	00225736014	00225742012	00225748011
00119313516	00224001442	00225244014	00225342014	00225738000	00225742013	00225748012
00119313518	00224001444	00225246010	00225342015	00225738001	00225742014	00225748013
00119313520	00224001446	00225246011	00225344011	00225738002	00225744000	00225750000
00119314016	00224001448	00225246012	00225344013	00225738003	00225744001	00225750001
00119314018	00225230015	00225246013	00225344014	00225738004	00225744002	00225750002
00119314020	00225230016	00225246014	00225346011	00225738010	00225744003	00225750003
00119314516	00225232014	00225248010	00225346012	00225738011	00225744004	00225750010
00119314518	00225232015	00225248011	00225346013	00225738012	00225744010	00225750011
00119314520	00225232016	00225248012	00225730004	00225738013	00225744011	00225750012
00119315016	00225234014	00225248013	00225730014	00225738014	00225744012	00225750013
00119315018	00225234015	00225248014	00225732003	00225740000	00225744013	47249146014
00119315020	00225234016	00225250013	00225732004	00225740001	00225744014	47249246014
00224001048	00225236014	00225250014	00225732013	00225740002	00225746000	47249246114
00224001142	00225236015	00225326015	00225732014	00225740003	00225746001	47249538014
00224001144	00225238014	00225328015	00225734001	00225740004	00225746002	47249540014
00224001146	00225238015	00225330015	00225734003	00225740010	00225746003	47249542014
00224001148	00225240011	00225332014	00225734004	00225740011	00225746004	47249544014
00224001246	00225240013	00225332015	00225734011	00225740012	00225746010	47494502601
00224001248	00225240014	00225334014	00225734013	00225740013	00225746011	
00224001340	00225240015	00225334015	00225734014	00225740014	00225746012	

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/vigilance หรือ อีเมล adr@fda.moph.go.th