



จดหมายข่าว

HPVC Safety News



ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 02-5907261, 02-5907288 โทรสาร 02-5918457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 23 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560

บริษัท เมตโรนิก (ประเทศไทย) จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ EUPHORA

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ EUPHORA ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลูน (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty; PTCA) นำเข้าโดย บริษัท เมตโรนิก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์คือ METRONIC, INC สหรัฐเม็กซิโก เนื่องจากอุปกรณ์ถอดออกได้ยาก โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้

Product name	Serial/batch No.	Item	Expiry Date
EUPHORA	212904353	23	ไม่ระบุ

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่บริษัท เมตโรนิก (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล adr@fda.moph.go.th