



จดหมายข่าว

HPVC Safety News

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 02-5907261, 02-5907288 โทรสาร 02-5918457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 28 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด

เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 1-DAY ACUVUE® MOIST® for Astigmatism Contact Lenses

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจเครื่องมือแพทย์ 1-DAY ACUVUE® MOIST® for Astigmatism Contact Lenses ซึ่งใช้ในการแก้ไขความผิดปกติของสายตา นำเข้าโดยบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์คือ Johnson & Johnson Vision Care, Inc สหรัฐอเมริกา เนื่องจากได้รับการร้องเรียนในต่างประเทศว่ามีสินค้าจำนวนหนึ่งที่พบว่าคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานการผลิตของทางบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้

Product description	Lot Number	Item	Expiration date
1-DAY ACUVUE® MOIST® for Astigmatism Contact Lenses	B00LF41	7	4/2021

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ACUVUE® Support: 001-800-156-207-8225 ช่วงเวลาปฏิบัติการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. หรือที่อีเมล supportth@its.jnj.com เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล adr@fda.moph.go.th