



จดหมายข่าว

HPVC Safety News

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 02-5907261, 02-5907288 โทรสาร 02-5918457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 15 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561

บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด

เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Gas bottle holder for helicopter HKH 8880

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Gas bottle holder for helicopter HKH 8880 โดยสมัครใจ เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นตัวจับยึดขวดแก๊ส นำเข้าโดย บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์คือ MAQUET Cardiopulmonary Medikal Teknik San.Tic.Ltd.Şti. ประเทศตุรกี เนื่องจากตัวจับยึดของ Cardiohelp Oxygen Bottle Holder HKH 8880 อาจแตกหักได้เมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง (เช่น ขณะเคลื่อนย้าย) โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้

Product Name	Serial Number	Item	Expiration date
Gas bottle holder for helicopter HKH 8880	98880016	1	ไม่ระบุ

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่บริษัท เกทท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล adr@fda.moph.go.th