



จดหมายข่าว

HPVC Safety News

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแพทยงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 02-5907261, 02-5907288 โทรสาร 02-5918457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 24 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Askina Gel และ Askina Caligitrol Paste

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Askina Gel และ Askina Caligitrol Paste โดยสมัครใจ เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวมีข้อบกพร่องใช้สำหรับใส่แผลเปิด นำเข้าโดยบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์คือบริษัท B. Braun Hospicare Limited ประเทศไอร์แลนด์ เนื่องจากกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมา อาจไม่เพียงพอต่อการปราศจากเชื้อ โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้

Product Name	Lot Number
Askina Gel	510255, 518472, 530543
Askina Caligitrol Paste	P2386, P2580, P2585, P2637, P2652

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล adr@fda.moph.go.th