



จดหมายข่าว

HPVC Safety News



ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
โทร. 02-5907261, 02-5907288 โทรสาร 02-5918457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> e-mail : [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)

ฉบับที่ 28 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561

บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์

Thoracic Catheter, Angled, Soft, Radio-Opaque-28F

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ Thoracic Catheter, Angled, Soft, Radio-Opaque-28F เนื่องจากพบว่าบริเวณซีลของบรรจุภัณฑ์มีรอยแตก อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อ เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวใช้เป็นสายสวนระบายของเหลวสำหรับทรวงอก นำเข้าโดย บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด ผู้ผลิตคือ Smiths Healthcare Manufacturing S.A. de C.V. ประเทศ เม็กซิโก เจ้าของผลิตภัณฑ์คือ Smiths Medical International Limited สหราชอาณาจักร โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียด ดังนี้

Product name	Lot Number/series No.	Item
Thoracic Catheter, Angled, Soft, Radio-Opaque-28F	3316278, 3316281, 3324557, 3335975	200

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)