



จดหมายข่าว

# HPVC Safety News




ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
โทร. 0 2590 7261, 0 2590 7288 โทรสาร 0 2591 8457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th>, e-mail : [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)

ฉบับที่ 32 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

## บริษัท อีสเมต จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Power Supply

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลบริษัท อีสเมต จำกัด มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ชื่อ Power Supply เนื่องจากพบว่า อะแดปเตอร์มีความร้อนสูงเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นอะแดปเตอร์ใช้ต่อพ่วงกับปลั๊กไฟสำหรับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ Lowenstein Medical Technology ประเทศเยอรมัน โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน มีรายละเอียด ดังนี้

Product name	Serial number/Lot number	Item
Power Supply 	181140550, 181145498, 181144842, 181140570	12
	181140569, 181140619, 181140620, 181140543	
	181143206, 181145669, 181143246, 181143227	

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท อีสเมต จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)