



จดหมายข่าว

**HPVC Safety News**



ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
โทร. 0 2590 7261, 0 2590 7288 โทรสาร 0 2591 8457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th>, e-mail : [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)

ฉบับที่ 36 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561

**บริษัท เมตโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์**

**1.8 MM Depth Stop Adapter**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลบริษัท เมตโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ 1.8 MM Depth Stop Adapter เนื่องจากพบว่า การใช้งานอุปกรณ์ในขั้นตอนการถอดตำแหน่งสายนำไฟฟ้า โดยหมุนล๊อคด้วย Depth stop adapter ของ FHC ในลักษณะที่หมุนแน่นมากเกินไป อาจทำให้สายนำไฟฟ้าเสียหาย เกิด short circuit แสดงผลการวัดความต้านทานต่ำ เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวใช้เป็นอุปกรณ์ล๊อคตำแหน่งสายนำไฟฟ้า ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ FHC, Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียด ดังนี้

Product name	Serial number/Lot number	Item
1.8 MM Depth Stop Adapter	008 73263006344	4

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เมตโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)