



จดหมายข่าว

HPVC Safety News



ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 0 2590 7261, 0 2590 7288 โทรสาร 0 2591 8457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th>, e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 38 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ DxTerity™ Diagnostic Catheter

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ DxTerity™ Diagnostic Catheter เนื่องจากมีการระบุขนาด (French size) เกินจริง เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเป็นสายสวน ผลิตโดย AVAILMED S.A.DE C.V. ประเทศเม็กซิโก เจ้าของผลิตภัณฑ์คือ MEDTRONIC, INC. สหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียด ดังนี้

Product name	Serial number/Lot number	Item
DxTerity™ Diagnostic Catheter (Model number U5TRAN35)	60068186	4

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล adr@fda.moph.go.th