



จดหมายข่าว

**HPVC Safety News**



ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
โทร. 0 2590 7261, 0 2590 7288 โทรสาร 0 2591 8457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th>, e-mail : [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)

ฉบับที่ 50 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

**บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์  
Capnostream™ 20p, Nellcor model, with printer (ROW)**

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งข้อมูลบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ Capnostream™ 20p, Nellcor model, with printer (ROW) เนื่องจากพบว่าสัญญาณเตือนไม่ทำงาน เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวใช้เป็นจอภาพข้างเตียงของโรงพยาบาล ผู้ผลิตคือ Skanray Technologies Private Limited Healthcare Division ประเทศอินเดีย และเจ้าของผลิตภัณฑ์คือ Oridion medical 1987 ltd. ประเทศอิสราเอล โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียด ดังนี้

Product name	Serial number/Lot number	Item
Capnostream™ 20p, Nellcor model, with printer (ROW)	CS08651-02, CS08651-03, CS08652-02, CS08652-03, CS08657-02, CS08657-03, CS08658-02, CS08658-03,	51

ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในครอบครอง สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือพบความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านเว็บไซต์ <http://thaihpvc.fda.moph.go.th> หรือ อีเมล [adr@fda.moph.go.th](mailto:adr@fda.moph.go.th)